samed®

TIBBi CiHAZLAR
TUR.TEKS.SAN. VE DIS TiC.
LTD.STi







MİNİ ELCEK STANDART
SMDMHS420

Haseki Sultan Mah. Cevdetpaşa Cad. Cevdetpaşa Apt. No: 98/1 Fındıkzade - Fatih - İSTANBUL Kocamustafapaşa V.D.: 742 014 7112
Tel: 0212 587 10 00 - 587 09 90 Fax: 0212 587 11 38 e-mail: samedmedical@yahoo.com web: samed.com.tr

TAŞINABİLİR OTOSKOP - OFTALMOSKOP CİHAZI

1. Otoskop fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş Led Teknolojisinde üretilmiştir.
2. Otoskop, 2.5 Volt, Xenon veya Led ampul ile aydınlatma sağlar.
3. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir.
4. Otoskop ABS malzemeden üretilmiştir.
5. Işık 18.5 lümen olmalı ve 3 kez büyütme yapan merceği vardır.
6. Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içinde bulunur ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklıdır.
7. Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmaz.
8. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki anahtardan, aşağı yukarı hareketiyle yapılır.
9. Cihaz 2 adet AA Alkalin pil ile çalışır.
10. Tek kullanımlık spekulumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir.
11. Otoskop seti, sert plastik koruyucu kutu içindedir.
12. Otoskop içeriğinde; 5 adet 2.5 mm Spekulum, 5 adet 4 mm Spekulum ve 2 adet yedek ampul vardır.
13. Oftalmoskop cihazı ABS plastik'ten üretilmiştir.
14. Oftalmoskop cihazının aydınlatması 2.5 Volt Led ampul ile sağlananır.
15. Oftalmoskop cihazının ışık modu cihazın baş kısmında bulunur ve istenen ışık modu döner tip mekanizma ile sağa-sola çevrilerek ayarlanabilir.
16. Oftalmoskop cihazının da net görüntü elde etmek için dioptiri tekeri vardır, yukarı-aşağı çevirmeler ile net görüntü sağlanır.
17. Oftalmoskop cihazının başlığı vidalama şeklinde oftalmaskop gövdesine sabitlenir.
18. Oftalmoskop cihazının ışığı 18.5 lümendir ve 5 farklı ışık moduna sahiptir.
19. Oftalmoskop cihazının lens ayar aralığı -20D ve +20D (± 1.2.3.4.6.8.10.15.20) arasındadır..
20. Oftalmoskop cihazının kullanımı portatif taşınabilir şekildedir, cebe takılabilir yapıdadır ve ışık sistemi tek elle açılıp kaptılabilir.
21. Oftalmoskop cihazının açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmında bulunur.
22. Oftalmoskop cihazı 2 adet AA Alkalin pil ile çalışır.
23. Oftalmoskop cihazının çalışması için gereken ortam ısısı 10°C-35 °C ve ortam nemi 30%-75 % aralığındadır.
24. Oftalmoskop cihazı sert plastik koruyucu kutu içindedir.
25. Otoskop Oftalmoskop cihazının ÜTS kaydı vardır.